

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'  
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA CAMERA CLIMATICA DOTATA DI SISTEMI DI  
CLIMATIZZAZIONE A TEMPERATURA E UMIDITÀ CONTROLLATE, PER IL LABORATORIO  
“CRYOLAB”  
CIG 96710399D8  
CUP D45F21005290001**

**ALLEGATO C – DICHIARAZIONE PER VALORI CRITERI TABELLARI**

<p><b>CRITERI TABELLARI</b></p>	<p><b>CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA OFFERTA</b> Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell'attrezzatura. Per i requisiti che non prevedono misure, confermare la presenza della caratteristica offerta, ove possibile specificando modalità o dettagli dell'attrezzatura che rispondono al requisito. Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l'attribuzione dei punteggi tecnici tabellari. In caso di discrepanze tra quanto dichiarato nel presente documento e quanto dichiarato a sistema farà fede quanto dichiarato nel presente documento e saranno di conseguenza attribuiti i corrispondenti punteggi. In caso di assenza di una chiara indicazione dell'opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a zero per il criterio corrispondente indicato a sistema.</p>
<p><b>A) Copertura di garanzia</b> a.1) Garanzia = 12 mesi a.2) 12 mesi &lt; Garanzia &lt; 24 mesi a.3) Garanzia ≥ 24 mesi</p>	<p align="center"><b>Indicare l'opzione offerta</b></p>
<p><b>B) Campo di temperatura</b> b.1) Campo di temperatura -65/+80°C (±1°C) b.2) Campo di temperatura -70&lt; minima &lt;- 65 /+80°C (±1°C) b.3) Campo di temperatura minima ≤ -70 /+80°C (±1°C)</p>	<p align="center"><b>Indicare l'opzione offerta</b></p>
<p><b>C) Velocità media di variazione della temperatura in raffreddamento</b> <i>(valori medi senza carichi interni nel campo -30/+80°C con T ambiente di +22°C e tensione nominale secondo IEC 60068-3-5)</i> c.1) Velocità = 0,5 C°/min c.2) 0,5 C°/min &lt; Velocità &lt; 1 C°/min c.3) Velocità ≥ 1 C°/min</p>	<p align="center"><b>Indicare l'opzione offerta</b></p>



<b>D) Velocità media di variazione della temperatura in riscaldamento</b> <i>(valori medi senza carichi interni nel campo – 30/+80°C con T ambiente di +22°C e tensione nominale secondo IEC 60068-3-5)</i> d.1) Velocità = 1 C°/min d.2) 1 < Velocità ≤ 2 d.3) >2C°/min	<b>Indicare l'opzione offerta</b>
<b>E) Capacità utile</b> e.1) 35mc < Capacità ≤ 37 mc e.2) 37 < Capacità < 39mc	<b>Indicare l'opzione offerta</b>

Luogo \_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

FIRMA del legale rappresentante

\_\_\_\_\_